水平結合板 ZC01-KES
取扱説明書

本器は静電気放電シミュレータ KES4020 専用のオプションです。

静電気放電シミュレータ KES4020 の取扱説明書、付録の「1.2 試験環境と試験配置」を先にお読みください。一般事項および共通事項は静電気放電シミュレータ KES4020 の取扱説明書にしたがってください。

1. 概要

本器は IEC61000-4-2 規格に準拠した、静電気放電試験の間接放電試験に使用する環境設備です。

2. 仕様

材質：アルミ

寸法：1600 × 800mm　t =1.6mm

抵抗ケーブル取付用端子付き

3. 本体および付属品

本体

水平結合板　1

付属品

抵抗ケーブル（形名：CL01-KES）　1

抵抗ケーブル取付用 M4 ねじ　　2

4. 使用方法

1.- 試験テーブル（形名：TT01-KES）の上に敷きます。
2.- 抵抗ケーブルにより基準接地板（形名：GP01-KES）と接続します。
3.- 水平結合板の上に絶縁シート（形名：IS01-KES）を敷き、被試験物を置きます。
4.- 放電は、水平結合板に対して放電ガンを垂直にして行います。

注　意

- 抵抗ケーブル取付用ねじに、ゆるみがないことを確認してください。
- 本製品は薄く大きな金属板のため、作業時は手袋の着用をお勧めします。また、落下にも注意してください。

菊水電子工業株式会社
〒224-0023　横浜市都筑区東山田 1-1-3　　TEL045-593-0200　　FAX045-593-7591
© 1998 Kikusui Electronics Corporation　Printed in Japan
Kikusui Part No. Z1-002-010, IA001202